ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења
Батајнички друм 9 део, број 3

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Нејонизујуће зрачење: ниво излагања људи електромагнетским пољима високих и ниских фреквенција / Non-ionizing radiation: level of human exposure to high and low frequency electromagnetic fields;

Детаљан обим акредитације / *Detailed description of the scope*

Место испитивања: терен
Нејонизујуће зрачење: ниво излагања људи електромагнетским пољима високих и ниских фреквенција

Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења / лимит детекције / лимит квантификације *(где је примењиво)*	Референтни документ
1.	Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору које стварају радио-базне станице и предајници радио-дифузије	Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у фреквенцијском опсегу 10 MHz - 8 GHz широкопојасном мерном сондом	0,2 V/m до 108 V/m	SRPS EN 50413:2020; SRPS EN 50420:2008; SRPS EN IEC 62232:2022
2.	Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору које стварају: GSM / DCS / UMTS (WCDMA) / LTE/ 5G базне станице у јавној мобилној комуникационој мрежи; FM, DAB, DRM, DVB-T предајници у радио-дифузној мрежи; CDMA базне станице у оквиру фиксне бежичне приступне мреже; радио-станице у локалној бежичној приступној мрежи (WLAN); TETRA базне станице у електронским комуникационим мрежама за посебне намене	Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у фреквенцијском опсегу 27 MHz – 6 GHz	0,2 V/m до 120 V/m	SRPS EN 50413:2020; SRPS EN 50420:2008; SRPS EN IEC 62232:2022

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **01-567**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 25.05.2031.
Accreditation expiry date

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ БЕОГРАД

ДИРЕКТОР
мр Драган Пушара